

## МЕДИЦИНСКА ШКОЛА „7.АПРИЛ“

Место:Нови Сад

Ул. Војводе Книћанина бр. 1

Деловодни број : 05-1869/1

Датум: 23. 08. 2019. године

На основу члана 109. и члана 3 став 1 тачка 32 и 33. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), доноси се

### О Д Л У К А О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ број 7/2019

1. Обуставља се поступак јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – апарати за опремање кабинета лабораторијских техничара редни број јавне набавке 7/2019 јер нису испуњени услови за доделу уговора.
2. Не надокнађују се трошкови припреме понуде понуђачу Hanna Instruments доо Београд, Палмотићева 20а.

#### Образложење

Поступак јавне набавке мале вредности обустављен је након отварања понуда, јер је установљено да су пристигле понуде, благовремене и потпуне, али да су понуде два понуђача неприхватљиве и неодговарајуће, услед недостатака и неодговарајућих техничких спецификација, а понуда једног понуђача само неприхватљива, јер понуђена цена прелази износ процењене вредности јавне набавке.

С обзиром да је поступак обустављен из разлога који нису на страни наручиоца, наручилац неће надокнадити трошкове из тачке 2. ове одлуке, чију је наканду понуђач тражио у својој понуди, а који обухватају износ од 3270,00 рсд.

Предмет јавне набавке је набавка добара – апарата за опремање кабинета лабораторијских техничара. Процењена вредност јавне набавке без ПДВ је 500.000,00 рсд.

Основни подаци о понуђачима:

Редни број	Број под којим је понуда заведена	Назив или шифра понуђача	Датум пријема	Час
1.	05-1804/1	Hanna instrumentrs доо Београд, Палмотићева 20а Београд	20.08.2019.	09.04
2.	05-1805/1	„G-2“ доо Цара Душана, Земун	20.08.2019.	09.04
3.	05-1807/1	„MS Globalmedic trade“ доо Београд, Гандијева 136 Београд	20.08.2019.	10.10

Понуде које су одбијене, разлози за њихово одбијање и понуђена цена тих понуда:

Понуда понуђача Hanna instrumentrs доо Београд, Палмотићева 20а Београд број 05-1804/1 од 20.08.2019. године одбија се као неодговарајућа и неприхватљива, јер не садржи понуђене све тражене артикле, односно апарате, него само један (лабораторијски пх метар), а не садржи нити испуњава све техничке спецификације за све јавном набавком тражене апарате. Јавна набавка није обликована по партијама.

Понуда понуђача „G-2“ доо Цара Душана, Земун број 05-1805/1 од 20.08.2019. године одбија се као неодговарајућа и неприхватљива, јер садржи следеће недостатке у техничкој спецификацији и понуђени апарати не испуњавају услове прописане техничком спецификацијом:

1. Код артикла Лабораторијска пећ за жарење:  
Конкурсном документацијом је захтевано да конструкција пећи буде од профилисаног челичног лима, а у понуди понуђача је конструкција од декапираног лима који је пласифициран.
2. Код артикла Лабораторијски решо:  
Конкурсном документацијом је тражено да максимална температура пећи буде 400 °C, а у понуди је дата максимална температура решоа 350 °C.
3. Код артикала Лабораторијска вага:  
Конкурсном документацијом је тражен капацитет 2200гр, а понуђен је апарат са капацитетом 2000гр.
4. Код артикла Лабораторијски ПХ метар : Конкурсном документацијом је тражен апарат са три тачке калибрације, а понуђени апарат има само две тачке калибрације.
5. Код артикла Лабораторијска центрифуга : Конкурсном документацијом је тражен адаптер 0,4мл x8 који недостаје у понуди понуђача.

Понуда понуђача „MS Globalmedic trade“ доо Београд, Гандијева 136 Београд одбија се као неприхватљива јер понуђена цена прелази процењену вредност јавне набавке. Процењена вредност набавке износи 500.000,00 рсд без ПДВ, а понуђена цена је 678.672,00 рсд без пдв.

На основу изнетог одлучено је како стоји у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против ове одлуке понуђач може поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана њеног објављивања на Поралу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

**ДИРЕКТОР**

Ђорђе Искрин

